

SPECTRA plus



NO_(x)-Messung gemäß 44. BImSchV

(MCP-Richtlinie für mittelgroße
Feuerungsanlagen, 1...10 MW)

TÜV Süd bestätigt positives Ergebnis der Ergänzungsprüfung für den Einsatz im Anwendungsbereich der 44. BImSchV, § 31, Abs. 9.



- Bestandsgeräte sind nachrüstbar mit NO (Nachrüstpaket #63058NT kpl. für € 459,-)
- Längere Wechselsondenrohre optional verfügbar (500, 750 oder 1.000 mm)
- Reine NO-Messung – erfordert keinen Heizschlauch
- Messbereich bis 1.400 mg/Nm³ (7.000 mg/Nm³ Überlast)
- Für Messungen an Anlagen von 1 ... 10 MW
- Kostenlose MRU App (MRU4u) für Android und iOS

**MRU – Kompetenz in Gasanalyse.
Seit über 35 Jahren.**



MRU · Messgeräte für Rauchgase
und Umweltschutz GmbH
Fuchshalde 8 + 12 · 74172 Neckarsulm-Obereisesheim
Fon 07132 99620 · Fax 07132 996220
info@mru.de · www.mru.eu